

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Nam Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Mua sắm máy vật lý trị liệu Wonder MF5-08 cho TTYT huyện Nam Đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Nam Đông.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: KTV Hồ Thị Thu Thanh (SĐT: 0388761711, Email: thuthanh190597@gmail.com).
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: TTYT huyện Nam Đông, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 - Nhận qua email: bvndong@thuathienhue.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy vật lý trị liệu Wonder MF5-08	<ul style="list-style-type: none">Mã sản phẩm: Wonder MF5-08Xuất xứ: Viện Khoa học và Công nghệ quân sựBQP Việt NamTích hợp 3 chức năng: Điện xung 01 kênh, Chườm nhiệt thảo dược, Ion âm tĩnh điện.Nguồn điện: xoay chiều 220V/50Hz. Công suất điện tiêu thụ 35W.	02	Cái

	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước máy: (dài x rộng x cao) : (180 x 230 x 60) mm. - Khối lượng máy: $2 \pm 0,05$ kg. - Dạng điện áp đốt nhiệt hồng ngoại: dao động hình sin, điều biến thời gian, tần số 50Hz, tần số lặp 1 Hz, biên độ điện áp hiệu dụng 34Veff. - Dạng xung trị liệu: Xung hình vuông, dải tần số 15Vpp đến 100Vpp có đảo cực, độ rộng xung biến đổi tự động giữa $70\mu s$ và $90\mu s$. - Điện áp đầu ra cân bằng ion: -350V đến (-120V). - Trở kháng ra cân bằng ion: $>2M$. - Đặt thời gian điều trị: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 (phút). 		
--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông; trang thiết bị phải có số lưu hành tại Việt Nam.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 4/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán sau khi hoàn thành bàn giao, lắp đặt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Dược-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC



Võ Phi Long